Nr	Controlepunten / checklisten Lopital 2015	01. Tillift Passief	02. Tillift Actief	03. Plafond lift	04. Stoel hydr H/L	05. Stoel elek H/L	06. Stoel vaste hgt	07. Brancard / Aankleed tafel	08. Bad H/L	09. Badlift	10. Bedpan spoeler	11. Waterdruk Zwembad lift
1	Visuele controle	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Sticker aanwezig met art.nr/serie nr.	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Functies op display								V		V	
4	Handvatten/duwbeugels	V	V		V	V	V	V	V	V		V
5	Status beschermkappen	V	V	V	V	V		V	V	V		V
6	Wielen/remmen *(indien van toepassing)*	V	V		V	V	V	V		V		V
7	Voetplaat/beensteun/kniesteun/hoofdsteun/rugsteun		V		V	V	V			V		V
8	Bevestiging & staat van zit/rug/geleider/emmer				V	V	V			V		
9	Frame en bevestigingspunten				V	V	V	V		V		
10	Scharnierpunten/mast/poten/arm/etc.	V	V		V	V		V		V		V
11	Hoofdhefbomen/trekstang				V	V		V				
12	Bevestiging mast aan onderstel	V	V							V		V
13	Pootverstelling	V	V							V		
14	Veiligheidsriem *(indien van toepassing)*		V		V	V	V					
15	Rugkap					V						
16	Armsteunen/voorsluiting/armleggers *(indien van toepassing)*	V	V		V	V	V			V		
17	Indien hydr: Pomp/bevestiging/vouwbalg/pedalen				V			V				V
18	Actuators/hydraulica (hoog-laag en/of kantel beweging)	V	V		V	V		V	V	V		V
19	Indien elek: Accu's controleren (Ampère: invullen)	V	V	V		V		V	V	V		
20	Hand/voet bediening elek/hydr.	V	V	V		V		V	V	V		V
21	Indien elek: Elektrische besturing/controlbox	V	V	V		V		V	V	V		
22	Indien elek: Bedrading/oplaadsnoeren	V	V	V		V		V	V	V	V	
23	Eindschakelaar	V	V	V					V	V		
24	Indien elek: Emerg.lowering/Nooddaal funct *(indien v toepas.)*	V	V	V		V		V		V		
25	Indien elek: Daalbeveiliging/Afklembeveiliging	V	V			V		V				
26	Indien elek: Noodstop functie	V	V	V		V		V	V	V	V	
27	Geleiderollen/loopwagens/stootrollen			V	V	V		V	V			
28	Bevestigingspunten rail en eindstop			V								
29	Bevestigingspunten tiljuk aan lift	V	V	V								
30	Tiljuk/clips	V	V	V								
31	Hijsband/spindel/hijsbandgeleiding	V		V								
32	Load test bij volle accu's (kg: invullen)	V	V	V						V		V
33	Bevestiging stoel/stretcher aan lift/onderstel									V		V
34	Manchetten/geleideband											V
35	Trekontlasting aan lift	V	V	V								
36	Rotonde/koppeling/multistation *(indien van toepassing)*			V								
37	Zijhekken en vergrendeling							V				
38	Afvoer/afvoerslang							V	V		V	V
39	Matras / kussen							V				
40	Bovenblad (kunststof)							V				
41	Kraan/vullen & ledigen/niveau melder								V		V	
42	Desinfectie-unit *(indien van toepassing)*								V		V	
43	Werking thermostaat & voeler								V		V	
44	Temperatuur controleren (Validatie: invullen)								V		V	
45	Whirlpool/spa/nozzels/kapjes *(indien van toepassing)*								V			
46	Sproeikop										V	
47	Handdouche, desinfectie & slangen								V			
48	Magneetkleppen/ventielen								V		V	V
49	Stopkranen/filters								V		V	V
50	Werking legionella unit *(indien van toepassing)*								V			
51	Werking deur/pedaal *(indien van toepassing)*								V		V	
52	Afdichtrubbers deur *(indien van toepassing)*								V		V	
53	Slangen/slangklemmen/slangkoppelingen								V		V	V
54	Rotor pomp										V	
55	Stoomgenerator										V	
56	Doseerpomp/slangen										V	
57	Verwarmingselement weerstand										V	
58	Element 1 (380V/220V weerstand: invullen)										V	
59	Element 2 (380V/220V weerstand: invullen)										V	
60	Element 3 (380V/220V weerstand: invullen)										V	
61	TAAxt 1 (Stroom-urenverbr.Ampère: invullen) *(indien v toepas)*	V										
62	Parameters uitlezen/resetten *(indien van toepassing)*	V										
63	Sticker aanwezig op rail "max.load 200kg/230kg/250kg/400kg"			V								
64	Indien elek: Lader/contr.box Nen3140 (Weerstand: invullen)	V	V	V		V		V	V	V	V	
65	Indien elek: Sticker aanwezig Nen 3140 dit jaar	V	V	V		V		V	V	V	V	
66	Sticker aanwezig desinfectie Kiwa *(indien van toepassing)*								V		V	
67	Check algehele status: goed/matig/slecht - goedkeur/afkeur	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V